



التاريخ: 2024/5/22
الرقم: ص 2009/2024/2

رابطة الجامعيين / محافظة الخليل
جامعة بوليتكنك فلسطين
لجنة العطاءات المركزية
كراسة الشروط ومواصفات الفنية
عطاء توريد مجاهر علمية لكلية طب الاسنان
عطاء رقم: ص 2009/2024/2
ثمن الكراسة مبلغ (NIS200)
(مئتان شيكل فقط)
استلام كراسة الشروط ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 2024/5/22
تسليم الكراسة يوم الاحد الموافق 2024/6/2
مع أطيب أمنيات

دائرة العطاءات والمشتريات المركزية



المحتويات :

1	اسم العطاء	.1
2	الفهرس	.2
3	الإعلان	.3
4	ملاحظات عامة	.4
5	تعهد والالتزام	.5
6	تعليمات للمشاركين.	.6
8	عموميات وجدول المواصفات والكميات والأسعار	.7
8	معلومات عن الشركة	.8



إعلان عن عطاء
عطاء توريد مجاهر علمية لكلية طب الاسنان
الرقم: 2009/2024/2



تعلم رابطة الجامعيين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح عطاء توريد مجاهر علمية لكلية طب الاسنان ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء إتباع الآتي: -

1. استلام الكراسة كاملةً من دائرة من العطاءات والمشتريات المركزية في مقر الجامعة/ ضاحية البلدية، مقابل دفع مبلغ (NIS 200) مئتان شيكل غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 30300 في البنك الإسلامي الفلسطيني اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 2024/5/22
 2. إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة 5% من قيمة العطاء وبطرف منفصل، على أن تكون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن مئة وعشرين يوماً.
 3. تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالتطرف المختوم حتى التاسعة والنصف صباحاً من يوم الاحد الموافق 2024/6/2 لدائرة العطاءات والمشتريات المركزية - رابطة الجامعيين.
 4. مباشرة التوريد فورا
 5. الأسعار بالشيكل، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
 6. الرجاء إرفاق شهادة خصم سارية المفعول مع العطاء.
 7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار، وبدون إبداء الأسباب.
- لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال مع الدكتورة نور القواسمي 0595557745 خلال اوقات الدوام الرسمي
ملاحظة: - أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء

الادارة

الملاحظات العامة

عطاء توريد مجاهر علمية لكلية طب الاسنان

الرقم: ص/2024/2009

يرجى مراعاة الآتي :-

1. يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة في مجال الاجهزة الطبية والمخبرية
2. الأسعار بالشيكول، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
3. الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العطاء
4. تلتزم الشركة بالتوريد بشكل فوري.
5. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار، وبدون إبداء الأسباب.
6. يكون السعر وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
7. الإعلان بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء والاتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً.
8. أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.



تعهد وإقرار

أنا الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاماً كاملاً وألتزم
بالأسعار المقدمة من قبلي ، وأتعهد بتقديم براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول
ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات أساساً لدفع المستحقات اللازمة للمورد.

وبناءً على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

السادة / الشركة: _____

رقم المشغل المرخص: _____

العنوان: _____

رقم الهاتف: _____

رقم الفاكس: _____

التوقيع والخاتم

تعليمات للمشاركين بالعطاء

حضرات السادة : شركة _____ المحترمين

عطاء توريد مجاهر علمية لكلية طب الاسنان

الرقم: ص 2/2024/2009

للمشاركة في العطاء ما يلي:-

1. تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وإعلان الجريدة جزءا لا يتجزأ وتقران معا.
2. يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب العطاء.
3. لايعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات، ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية.
4. يجب على الشركة أن يضع أسعاره رقماً وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشاً في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع الأسعار.
5. مدة صلاحية الأسعار (90) يوماً من ثاني يوم من فتح العطاء على الأقل.
6. على كل مناقص أن يرفق بالعطاء - لصالح رابطة الجامعيين - تأميناً للدخول في العطاء كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية بقيمة 5% خمسة بالمائة من قيمة عرضه ولا ينظر في العروض الغير معززة بتلك التأمينات.
7. في حالة تأخير المورد عن الاعمال المحالة عليه تحسب غرامات التأخير بنسبة 1.5%، عن كل يوم تأخير، ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيراداً للرابطة.
8. لاحقاً لبند رقم (7) تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرةً بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة، من السوق المحلي مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات إدارية.
9. عدم وجود أي تحفظات لها علاقة بسعر صرف العملات الأجنبية ويجب أن تكون الأسعار ثابتة حتى إتمام الالتزامات الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية.
10. يقدم العرض على النموذج أدناه ولا يحق إدخال أية تعديلات على وثائق العطاء. وإذا رغب الشركة تقديم ملاحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض الأصلي كما هو، ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمذكرة أو رفضها.

11. تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد الاستلام النهائي من لجنة الاستلام وعلى ضوء نتائج الفحص والاستلام حسب الأصول.
12. لا يجوز تحميل بند على بند آخر ولرابطة الجامعيين الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود الأخرى ملزمة للمتزايد.
13. تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءاً مكملاً لهذه الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين.
14. يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.
15. لا يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.
16. إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.
17. يعتبر العرض المقدم من الشركة ملزماً له.
18. آخر موعد لتسليم العروض حتى الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2024/6/2.

#	Part	Specifications	Qty	Price	Total
Microscope	Stand	Single mold study stand with anti-rus materials. Extended base for better stability	20		
	Viewing bodies	45°inclined, Inter pupillary distance 45-74mm			
	Eyepiece	Wide field focusable paired eyepiece *10x/18mm with foldable eye guard, lockable, antifungal			
	Nosepiece	Quadruple nosepiece (Ball bearing type)with rubber grip			
	Objectives	Lp series DIN Semi Plan Achromatic objectives* 4x, 10x, 40x (spring loaded), 100x (spring loaded ,oil), anti fungal			



Mechanical stage	Rectangular stage size 135*124mm, X/Y TRAVEL RANGE 76MM *50mm. low drive movement controls, single specimen holder			
Condenser	Sub stage Abbe condenser NA 1.25 with aspheric lens* _ iris diaphragm with snap-in blue filter – Rock and pinion movement on metal guides			
Focusing	Co-axial coarse and fine focusing on ball drive system for smooth operation. Fine drive movement 0.3mm/ rotation.			
Illumination	LED† or Halogen 6V-20W Illumination with variable Illumination control. Up to 50,000 hours of LED life and 2,000 hours of Halogen lamp life			
Electricals	Universal input 100V – 240V AC,50/60 Hz. Built in voltage stabilizer			
Optional accessories	Phase contrast Kit with 10x/40x LP series phase objective, polarizing kit, Dark field kit, Green Filter, Video adapter, lampooned Digital cameras			

المجموع كتابة :

خاص بالشركة:-

اسم الشركة: _____

رقم المشغل المرخص: _____

العنوان: _____

رقم الهاتف: _____ رقم جوال: _____ رقم الفاكس: _____

التوقيع والختم الرسمي