



التاريخ: 2026/09/16
الرقم: ص2/2026/2012

رابطة الجامعيين / محافظة الخليل
جامعة بوليتكنك فلسطين
لجنة العطاءات المركزية

كراسة الشروط والمواصفات الفنية لعطاء توريد اجهزة ومعدات لمختبرات البصريات

ثمن الكراسة مبلغ (100 شيكل) - مائة شيكل

استلام كراسة الشروط يوم الاربعاء الموافق 2026/09/16
تسليم الكراسة يوم الخميس الموافق 2026/10/01 الساعة الثانية عشرة ظهراً

مع أطيب أمنيات
مدير دائرة العطاءات والمشتريات المشتريات
ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية
الاستاذ فراس موسى أبو شمسية
+970 599125751
direc-purch@ppu.edu



• المحتويات :

- | | |
|----|---|
| 1 | 1. اسم العطاء |
| 2 | 2. الفهرس |
| 3 | 3. الإعلان |
| 4 | 4. ملاحظات عامة |
| 5 | 5. تعهد والالتزام |
| 6 | 6. تعليمات للمشاركين. |
| 8 | 7. جدول الكميات والاسعار ومواصفات الفنية. |
| 11 | 8. معلومات عن المورد |



إعلان عن عطاء توريد اجهزة ومعدات لمختبرات البصريات الرقم: 2012/2026/2



تعلم رابطة الجامعيين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح عطاء توريد اجهزة ومعدات لمختبرات البصريات ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء إتباع ما يلي:

1. استلام الكراسة كاملةً من صفحة الجامعة www.ppu.edu (قسم عطاءات) أو من دائرة المشتريات المركزية في مقر جامعة بوليتكنك فلسطين - ضاحية البلدية مقابل دفع مبلغ (100 شيكل) مائة شيكل غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 30300 في البنك الإسلامي الفلسطيني اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 2026/09/16.
 2. إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة 5% من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل، على أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن 90 يوماً.
 3. تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم يوم الخميس الموافق 2026/10/01 الساعة الثانية عشرة ظهراً - لدائرة العطاءات والمشتريات المركزية - رابطة الجامعيين.
 4. الاسعار بالشيكل شاملة ضريبة القيمة المضافة، وشهادة خصم من المصدر.
 5. لجنة العطاءات غير ملزمة بأقل الاسعار، وبدون ابداء الاسباب.
- لمزيد من الاستفسار يمكنكم الاتصال مع الدكتورة ريم شاهين على الرقم 0598777174 خلال اوقات الدوام الرسمي.

ملاحظة: - أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.

مدير دائرة العطاءات والمشتريات المركزية
الأستاذ: فراس موسى أبو شمسية

ملاحظات عامة

لعطاء توريد اجهزة ومعدات لمختبرات البصريات

يرجى مراعاة الآتي :-

1. يجب ان يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة ببيع الاجهزة الطبية، ووفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
2. على الشركات المتقدمة تقديم الكاتالوج الخاص بكل جهاز.
3. الاسعار بالشيكل شامل الضريبة القيمة المضافة وشهادة خصم المصدر.
4. الاسعار شاملة التوريد والتركيب والتشغيل.
5. يجب ان تكون الكفالة على الاجهزة المطلوبة لا تقل عن سنتين.
6. مدة التوريد لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار أمر التوريد.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار، وبدون ابداء الأسباب.
8. يكون السعر وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
9. الاعلان بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء والاتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً.
10. يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء.
11. للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.
12. أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.
13. لمزيد من الاستفسار والتنسيق يمكن الاتصال مع الدكتورة ريم شاهين على جوال 0598777174 خلال اوقات الدوام الرسمي.



تعهد وإقرار

انا الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاماً كاملاً وألتزم
بالأسعار المقدمة من قبلي لمدة (90) يوماً من اليوم الذي يلي فتح العطاء، واتعهد بتقديم براءة ذمة "خصم
مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات أساساً لدفع
المستحقات اللازمة للمورد.

وبناءً على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

السادة / الشركة: _____

الشخص المسؤول: _____

رقم المشغل المرخص: _____

العنوان: _____

رقم الهاتف: _____

رقم الفاكس: _____

Emial : _____

التوقيع والخاتم

تعليمات للمشاركين بالعطاء

توريد اجهزة ومعدات لمختبرات البصريات

حضرات السادة : شركة _____ المحترمين

على الراغبين بالمشاركة في العطاء ما يلي:-

1. تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات والاعلان بالجريدة جزءاً لا يتجزأ وتقرأ معا.
2. على الشركة المتقدمة دراسة كراسة العطاء دراسة وافية.
3. يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجدول بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ويختم ويوقع كافة الوثائق ويقدمها ضمن العروض كاملة على ان يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بالصورة الصحيحة.
4. يعتبر السعر المقدم من المناقص شاملاً رسوم الضرائب وجميع المصاريف (التوريد والتركيب والتشغيل) حسب الشروط الواردة في الكراسة.
5. لا يعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل لجنة العطاءات المركزية ذلك صراحةً.
6. على شركة المتقدمة أن تضع أسعارها رقماً وكتابةً على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشاً في أسعاره، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع الأسعار.
7. مدة صلاحية الأسعار (90) يوماً من اليوم الذي يلي فتح العطاء.
8. مدة التوريد لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار أمر التوريد.
9. على كل شركة متقدمة أن ترفق بالعطاء لصالح رابطة الجامعيين / جامعة بوليتكنك فلسطين تأميناً للدخول في العطاء (كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية بنسبة 5% خمسة بالمائة، ولا ينظر في العروض غير المعززة بتلك التأمينات.
10. في حالة تأخر شركة المتقدمة عن تقديم البنود المحالة عليها تحسب غرامات التأخير بنسبة 1.5% عن كل يوم تأخير ويتم مصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيراد لصالح رابطة الجامعيين / جامعة بوليتكنك فلسطين.
11. لاحقاً لبند رقم(10) تقوم لجنة العطاءات المركزية بإحالة العطاء مباشرة بالأسعار والشروط المناسبة من السوق المحلي، وأي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات إدارية.
12. يقدم العرض على النموذج أدناه ولا يحق إدخال أية تعديلات على وثائق العطاء. وإذا رغب المناقص تقديم ملاحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم

- العرض الأصلي كما هو، ورابطة الجامعيين / جامعة بوليتكنك فلسطين لها حق النظر بالمذكرة بقبولها أو رفضها.
13. تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات الشركة المحال عليها العطاء خلال شهر من استلام الفاتورة الرسمية وشهادة خصم المصدر حسب الاصول.
14. تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو كان ناقصاً في بيان مواصفات بنود العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على النموذج المقرر المرفق بالعطاء.
15. لا يجوز تحميل بند على بند آخر ورابطة الجامعيين / جامعة بوليتكنك فلسطين الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود الأخرى ملزمة للمناقص.
16. تعتبر الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءاً مكملًا لهذه الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين
17. تودع العروض من السادة المتقدمين في صندوق العطاءات الموجود في دائرة المشتريات المركزية في رابطة الجامعيين في الخليل/شارع عين سارة، قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض لا يودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديمه لا ينظر فيه ويعاد الى مصدره مغلقاً.
18. يجوز لأي شركة سحب عرضها بمذكرة موقعة منها وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.
19. لا يجوز لمقدم العطاء التعديل أو المحو أو الطمس، في قائمة الأسعار وأي تصحيح يجريه مقدم العرض عليه إعادة كتابته رقماً وكتابةً والتوقيع عليه وختمه.
20. إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.
21. يعتبر العرض المقدم من المناقص ملزماً له.

جدول الأسعار والمواصفات الفنية الخاصة بعطاء توريد أجهزة ومعدات لمختبرات البصريات:-

الرقم	الصنف المطلوب (المواصفات الفنية)	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
1	<u>Trial Frame:</u> Adjustable adult trial frame; minimum 3 lens cells in front and 1 behind each eye; monocular PD approximately 24-40 mm/eye; 360° lens-axis rotation; adjustable temple length/angle and nose bridge height/angle; lightweight and durable.	جهاز	2		
2	<u>Translucent Occluder:</u> Translucent handheld occluder; washable/disinfectable surface; metric ruler and pupil-size gauge preferred; approximately 20 cm length.	جهاز	3		
3	<u>Retinoscope & Direct Ophthalmoscope Set with transilluminator:</u> Rechargeable professional diagnostic set including streak retinoscope, direct ophthalmoscope, rechargeable handles, charger and protective case. Retinoscope with 360° streak rotation and adjustable vergence. Ophthalmoscope lens range approximately +29 D to -30 D with multiple apertures and red-free filter	جهاز	2		
4	<u>Trial Lens Set - 232 Pieces:</u> Complete trial lens set including spherical and cylindrical lenses, prisms, pinhole, slit, red/green filters, Maddox rod and cross-cylinder. Standard approximately 38-mm lens housing with protective case.	جهاز	1		
5	<u>Refraction Chair Unit:</u> Motorized optometry refraction unit with electrically adjustable patient chair, instrument table, manual phoropter arm, trial-lens drawer, examination light and electrical outlets/instrument holders. 220-240 V, 50 Hz.	جهاز	2		



		1	جهاز	Manual Phoropter: Sphere range approximately -19.00 to +16.75 D; cylinder range at least 0 to -6.00 D; axis 0-180°; rotary prism up to 20Δ; adjustable PD; JCC ±0.25 D; occluder, pinhole, red/green filters, Maddox rod, near-point rod and near chart included.	6
		2	جهاز	Digital Chart Panel / Visual Acuity System: Approximately 24-inch display suitable for 2-6 m testing. Includes letters, numbers, Tumbling E, Landolt C and pediatric charts; randomization; single/line isolation; red-green test; astigmatic dial; Worth 4-dot; binocular tests; Amsler grid; contrast and color-vision functions. Wall mount and remote control included.	7
		1	جهاز	Contact Lens Diagnostic / Fitting Sets: Complete clinical/teaching fitting package including RGP, scleral, soft toric, soft multifocal and hybrid diagnostic lens sets or clinically equivalent systems. Clearly labeled lenses, storage cases and fitting guides required.	8
		2	جهاز	Slit Lamp Biomicroscope: Galilean optical system; preferably 5-step magnification approximately 6x, 10x, 16x, 25x and 40x; 12.5x eyepieces; continuously variable slit width and height; ±90° slit rotation; cobalt-blue, red-free, neutral-density and diffuser filters; LED illumination; smooth joystick movement. Must be compatible with Goldmann applanation tonometer and preferably camera/teaching tube.	9
		1	جهاز	Binocular Indirect Ophthalmoscope (BIO): Head-mounted BIO with LED illumination, adjustable intensity and interpupillary distance, aperture/spot selection, rechargeable battery or reliable power supply, compatible with standard condensing lenses. Carrying case and charger included.	10



		1	جهاز	<u>Volk Lens Set - 20D & SuperField:</u> One 20 D aspheric BIO condensing lens and one SuperField-type slit-lamp fundus lens per set; high-quality optical coating and protective cases. Genuine Volk or clinically equivalent high-quality optics.	11
		1	جهاز	<u>Stereopsis Test Set:</u> Complete set including Frisby, TNO and Randot stereotests with all required spectacles, test plates/books, scoring keys and instructions.	12
		1	جهاز	<u>Color Vision Test Set:</u> Includes Ishihara 24-Plate Test, Farnsworth D-15 and Farnsworth-Munsell 100 Hue Test, with original instructions, scoring materials and protective cases.	13
		4	جهاز	<u>Near Vision Charts:</u> Near-vision charts/cards for approximately 40-cm testing including Reduced Snellen/logMAR, N notation, M notation, Jaeger/point size and pediatric LEA symbols.	14
		1	جهاز	<u>Distance Visual Acuity Chart Set:</u> Includes LEA Symbols distance chart, ETDRS/logMAR chart, low-vision chart and LEA matching cards/booklet.	15
		1	جهاز	<u>Mars Contrast Sensitivity Test:</u> Original Mars Letter or Numeral Contrast Sensitivity Test with multiple chart forms, scoring instructions and protective case.	16
		1	جهاز	<u>Prism Set:</u> Includes prism flipper, handheld Risley/rotary prism and loose prism bar/set covering approximately 1-40Δ; clearly marked powers and protective storage case.	17
		2	جهاز	<u>Fixation Target Set:</u> Adult and pediatric fixation targets suitable for ocular motility, cover test, near point of convergence and accommodation assessment.	18
		1	جهاز	<u>Low Vision Filter Set:</u> Clinical trial filter set containing multiple tinted/absorptive filters for glare reduction and contrast enhancement; different transmission/cut-off characteristics; UV protection and protective storage case.	19



		2	جهاز	Lens Flipper Holder: Adjustable holder with a PD range of 40mm to 85mm. Has axis scale on holder for accuracy in testing	20
		1	جهاز	Goldmann Applanation Tonometer: Goldmann-type applanation tonometer compatible with the selected slit lamp; measurement range approximately 0-80 mmHg; slit-lamp mounting base/adaptor and measuring prism included; calibration/check accessory preferred.	21
		1	جهاز	Low Vision Monocular Telescope: Hand-held monocular telescope suitable for distance low-vision assessment and training; approximately 4x-6x magnification; adjustable focusing from near/intermediate distance to infinity; good field of view; lightweight body; neck strap and protective case included.	22
		1	جهاز	Low Vision Magnifier Set: Clinical low-vision magnifier set including hand-held and/or stand magnifiers; approximately 2x-6x magnification range; aspheric optical lens; illuminated LED magnifiers preferred; suitable for near-reading assessment and training; protective storage case included.	23
		المجموع الإجمالي بالشيكال			**

..... المبلغ بالحروف

خاص بالمورد - :

..... اسم الشركة:

..... رقم هاتف : رقم فاكس : جوال رقم :

..... التوقيع :

ختم الشركة الرسمي